

测序成功

测序成功简述：测序结果无任何明显干扰，前 800bp 连续可读。通常菌液或质粒样品，一个测序反应读长可达 1000bp，由于 Sanger 测序的局限性前 50bp 可能存在误差；PCR 产物测序常以终止信号 A 尾结束。

峰图实例：

